

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器 バルーン拡張式血管形成術用カテーテル 17184014

PTAバルーンカテーテル GDM03

再使用禁止

【警告】

1. 緊急の外科的処置を速やかに行える病院において、本品を使用すること。[障害を引き起こすおそれがある合併症又は生命に関わる重篤な合併症に備えるため。]
2. シースイントロドューサ（ガイディングカテーテル）先端から本品のガイドワイヤポートが出た状態で、本品をシースイントロドューサ（ガイディングカテーテル）内へ引き戻す場合、ガイドワイヤポート付近でのガイドワイヤのたわみに注意すること。[本品及びガイドワイヤが操作不能になり、損傷するおそれがある。]

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- (1) 再使用禁止

2. 適用対象（患者）

- (1) 造影剤等、施術に必要な薬剤に対して重篤なアレルギーや抵抗性のある患者。
- (2) 血行動態の不安定又はショックを有する患者。[血行動態の破綻をきたすおそれがあるため。]

3. 併用医薬品

- (1) 有機溶剤、脂肪乳剤、油性成分を含む医薬品を併用しないこと。[ハブの損傷、親水性コーティングの潤滑性が損なわれるおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構造図



<材 質>

ナイロン系樹脂、フッ素系樹脂、ステンレス、ポリエチレンオキサイド、ポリビニルピロリドン

<付属品>

フラッシュデバイス、カテーテルクリップ、リラップツール（附属しないモデルがある）

2. 製品概要

本品は、RX型のバルーンカテーテルであり、バルーン内の両端、又は中央にX線不透過マーカを装備している。シャフト遠位側とバルーン表面には親水性コーティングが施されている。（バルーン表面には施されているタイプと施されていないタイプがある）。

【使用目的又は効果】

本品は、経皮的血管形成術（PTA）において動脈、静脈又はシャントの狭窄性血管（冠血管及び頭蓋内の脳血管を除く）に対し、経皮的に狭窄部の拡張を行う、又はステント留置時の後拡張を行う目的で使用する。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- (1) 使用される全ての装置・器具を慎重に点検し、正しく機能することを確認する。
- (2) 包装材から保護フープ（環状ケース）に入った状態で、本品を取り出す。
- (3) 本品を保護フープから慎重に取り出す。
- (4) 本品を傷つけないようバルーン保護シースとスタイレット（補強金具）を慎重に取り外す。その後、本品が損傷していないことを確認する。
- (5) 本品のシャフト全体をヘパリン加生理食塩液に漬ける。
- (6) 三方活栓を本品ハブに接続する。
- (7) 適量の希釈造影剤（造影剤：生理食塩液=1:1）を充填したインフレーションデバイスを三方活栓に接続する。
- (8) インフレーションデバイスの先を下に向けて陰圧を掛け、バルーンルーメン内の気泡を除去する。バルーンルーメン内の気泡が完全に除去されるまで繰り返す。
- (9) 付属のフラッシュデバイスを用いて、本品先端からガイドワイヤルーメンをヘパリン加生理食塩液でフラッシュし、気泡を除去する。

2. 本品の挿入

- (1) 併用する医薬品、医療機器の添付文書に従って、本品を体内に挿入するための準備を行う。
- (2) ガイドワイヤが狭窄部位を越え、末梢まで進んでいることを確認する。
- (3) バルーンが完全に収縮した状態で、ガイドワイヤの後端から本品の先端を挿入し、狭窄部位まで慎重に進める。

3. バルーンの拡張

- (1) 標的病変にバルーンが適正に配置されていることを確認し、Yコネクタの止血弁を締めてバルーンの位置を固定する。
- (2) インフレーションデバイスを用いて、X線透視下等で確認しながら目的の直径になるまで拡張した後、収縮する。
- (3) 必要に応じて、複数回の拡張を加える。
- (4) 拡張終了後、バルーンを完全に収縮させてシースイントロドューサ（ガイディングカテーテル）内に引き戻し、確認造影等を行い狭窄の改善度を評価する。
- (5) この時点で良好な拡張が得られなかった場合、拡張圧を上げる、又は拡張時間を長くする等の追加処置を行う。

4. 本品の抜き

- (1) バルーンを完全に収縮させ、ガイドワイヤの状態を確認しながら、本品をシースイントロドューサ（ガイディングカテーテル）から慎重に抜去する。

5. リラップツール（参考）

リラップツールは、バルーンを再度折り畳む（リラッピング）ためのデバイスである。リラッピングを行う際には、下記の手順を参考に附属されている専用のリラップツールの使用を推奨する。ただし、バルーンサイズによって、リラップツールが附属しないモデルがある。

- (1) スタイレットをリラップツールのフレア形状でない側より挿入する。
- (2) バルーンに陰圧をかけた状態で、スタイレットをガイドワイヤルーメンに挿入する。
- (3) 損傷させないように、指先でバルーンのリラッピングの形を整える。ラッピングは先端から見て時計方向に巻かれる。

- (4) リラップツールをバルーン全体へ慎重に被せる。この際、本品の損傷を避けるため、リラップツールや本品をねじらないこと。
- (5) リラップツールをバルーンに被せた状態で、バルーンに低圧をかけ、ゆっくりと減圧する。
- (6) 陰圧をかけ、リラップツール及びスタイレットを慎重に引き抜く。
- (7) 目視にて、本品（特にバルーン）が損傷していないことを確認する。

6. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 本品を保護フープから取り出す場合やバルーン保護シース、スタイレットを取り外す際、過度の負荷で本品が損傷しないよう慎重に行うこと。[バルーンの拡張、収縮等の操作が不能又は困難になるおそれがある。]
- (2) 本品の操作は、バルーンを完全に収縮させた状態で行うこと。[血管損傷等の合併症及び本品が損傷するおそれがある。]
- (3) 本品を挿入・抜去する場合、ヘパリン加生理食塩液で湿潤したガーゼ等でガイドワイヤ表面の異物を取り除き、十分に湿潤させること。[本品及びガイドワイヤが操作不能になり、損傷するおそれがある。]
- (4) 本品の操作は、必ず先端からガイドワイヤが出ている状態で行うこと。
- (5) 本品の操作は、X線透視下等で先端の動きや位置を常に確認しながら、慎重に行うこと。[血管損傷等の合併症及び本品が損傷するおそれがある。]
- (6) ステント内や石灰化病変、人工血管等の硬質な部位での本品の挿入や拡張は、慎重に行うこと。[血管損傷等の合併症及び本品が損傷するおそれがある。]
- (7) 本品を回転させないこと。[本品が損傷するおそれがある。]
- (8) ガイドワイヤルーメン内のフラッシュが十分でない場合や長時間使用する場合、血栓の固着に注意すること。[本品及びガイドワイヤが操作不能になり、損傷するおそれがある。]
- (9) 患者の解剖学的見地から適切なバルーンサイズや併用デバイスを選択すること。特にバルーンサイズ(直径及び長さ)は、狭窄部位直近のプロキシマル側とディスタル側の血管径、並びに狭窄部の長さを超えないように選択すること。[血管損傷等の合併症のおそれがある。]
- (10) 本品を通した状態で、止血弁を締め過ぎないこと。[ガイドワイヤの操作やバルーンの拡張・収縮における希釈造影剤の流れを妨げるおそれがある。]
- (11) バルーンの拡張には、希釈造影剤を使用し、絶対に空気等の気体を使用しないこと。[空気塞栓等の合併症を引き起こすおそれがある。]
- (12) バルーン拡張・収縮の際は X 線透視下等でバルーン全体を確認しながら行うこと。
- (13) 同梱するコンプライアンスチャートを参照し、適切な圧力でバルーンを拡張すること。[血管損傷を防止し、適切に病変を拡張するため。]
- (14) バルーンが均等に拡がらない部位での拡張は、バルーンの位置がずれないように慎重に行うこと。[血管損傷等の合併症のおそれがある。]
- (15) 複数のデバイスによる体内での操作は、本品及び併用デバイスが絡まないよう慎重に行い、操作中に抵抗を感じた場合、その原因を確認すること。[本品が損傷するおそれがある。]
- (16) 一度取り外したバルーン保護シースは、本品に再装着しないこと。[本品が損傷するおそれがある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用に当たっては、適切な抗血小板療法、抗凝固療法を行うこと。[血栓性塞栓等の合併症のおそれがある。]

- (2) 末梢塞栓等の有害事象を発生するおそれがある場合には、末梢保護等の適切な措置を行った上で慎重に使用すること。
- (3) 最大拡張圧 (RBP) を超えた圧力でバルーンを拡張しないこと。[本品が損傷するおそれがある。]

2. 不具合

本品の使用に伴い、以下のような不具合のおそれがあるがこれらに限るものではない。

- ・バルーンの破裂
- ・バルーンの拡張/収縮の不能
- ・チップの伸び/切断
- ・カテーテルシャフトの折れ/破裂/切断
- ・カテーテル抜去不能
- ・併用医療機器との干渉による抵抗感
- ・バルーン拡張用希釈造影剤の漏れ

3. 有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象のおそれがあるがこれらに限るものではない。

- ・死亡
- ・閉塞・虚血
- ・狭心症
- ・再狭窄
- ・壊死
- ・末梢塞栓症
- ・出血性合併症
- ・内出血又は血腫
- ・血管攣縮
- ・血管解離
- ・仮性動脈瘤
- ・薬剤反応、造影剤等へのアレルギー反応
- ・心筋梗塞
- ・心室細動を含む不整脈
- ・脳血管障害
- ・跛行
- ・四肢切断
- ・空気塞栓
- ・穿刺部合併症
- ・疼痛
- ・血管の損傷、穿孔、破裂
- ・動静脈瘻
- ・感染

4. 妊娠、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- (1) 妊娠している、あるいはその可能性がある患者への適用は、X線による胎児への影響を考慮すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温多湿、直射日光及び水濡れを避けて常温で保管すること。

2. 有効期間

包装ラベルに記載されている使用期限欄を参照すること。
(自己認証による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社グッドマン



GM103/WSPL9C5400